

**„Zestawienie parametrów technicznych urządzenia”**

PAKIET 4

Przedmiot: **1-sze wyposażenie oddziału ZOL-u**

**- łóżka szpitalne –35 szt**

Producent/Firma .....

Urządzenie – typ.....

Rok produkcji .....

Cena netto.....

Cena brutto.....

<b>Parametry urządzenia wymagane:</b>	<b>Parametry oferowane:</b>
szerokość całkowita: 95 cm (± 5 cm)	
długość całkowita: 210 cm ( ± 10 cm)	
Leże dwusegmentowe z regulacją segmentów: - kąt regulacji zagłówek od 0 do 83° lub kąt regulacji pleców 0-80° - kąt regulacji segmentu nóg do 25°	
Leże stałe. Najniższe i najwyższe położenie leża 42/54 cm	
Max. dopuszczalne obciążenie 170 kg	
łóżko wyposażone w cztery koła na gumie nie brudzącej posadzki z blokadą jazdy i obrotu	
Segmenty leża wykonane z siatki metalowej	
Szczyty łóżka wyjmowane z płyty laminowanej (lub ABS) w kolorze do uzgodnienia	
Konstrukcja łóżka metalowa, malowana farbą proszkową w kolorze do uzgodnienia odporną na środki dezynfekcyjne	
Barierki metalowe boczne wyjmowane w kolorze łóżka lub składane wzdłuż boku	
Elementy wyposażenia łóżka: - wysięgnik ułatwiający podnoszenie się - w czterech narożnikach łóżka odboje gumowe nie brudzące ścian - na grubość materaca – 10 cm – 12 cm	

**„Zestawienie parametrów technicznych urządzenia”**

PAKIET 4

Przedmiot: **1-sze wyposażenie oddziału ZOL-u**

**- materace do łóżek szpitalnych –42 szt**

Producent/Firma .....

Urządzenie – typ.....

Rok produkcji .....

Cena netto.....

Cena brutto.....

<b>Parametry urządzenia wymagane:</b>	<b>Parametry oferowane:</b>
Do szerokość całkowitej łóżka: 95 cm ( $\pm$ 5 cm)	
Do długość całkowitej łóżka: 210 cm ( $\pm$ 10 cm)	
- materac z obiciem paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczalnym dla wilgoci, antybakteryjnym, dostosowany do konstrukcji łóżka Grubość materaca – 10 cm – 12 cm	

**„Zestawienie parametrów technicznych urządzenia”**

PAKIET 4

Przedmiot: **1-sze wyposażenie oddziału ZOL-u**

**- materac pneumatyczny przeciwodleżynowy – 10 szt**

Producent/Firma .....

Urządzenie – typ.....

Rok produkcji .....

Cena netto.....

Cena brutto.....

<b>Parametry urządzenia wymagane:</b>	<b>Parametry oferowane:</b>
szerokość całkowita: 86 cm (± 5 cm)	
długość całkowita: 198 cm ( ± 10 cm)	
Grubość : 6- 10 cm	
Materac pneumatyczny pęcherzykowy	
Wyłogi zapobiegające zsuwaniu się materaca	
Max. dopuszczalne obciążenie 100-130 kg	
Zakres regulacji ciśnienia: 50 – 105 mm Hg	
Czas pełnego cyklu 8 – 10 min	
Wydajność pompy: 4 - 5 l/min	
Zasilanie 230 V	

## „Zestawienie parametrów technicznych urządzenia”

PAKIET 4

Przedmiot: **1-sze wyposażenie oddziału ZOL-u**

**- szafka szpitalna przyłóżkowa–42 szt**

Producent/Firma .....

Urządzenie – typ.....

Rok produkcji .....

Cena netto.....

Cena brutto.....

<b>Parametry urządzenia wymagane:</b>	<b>Parametry oferowane:</b>
Szerokość całkowita: 40 cm ( $\pm$ 5 cm )	
Długość całkowita: 50 cm ( $\pm$ 5 cm )	
Wysokość całkowita: 85 cm ( $\pm$ 5 cm )	
Szafka wykonana z profili metalowych i blachy ocynkowanej pokrytych farbą proszkową w kolorze do uzgodnienia odporną na stosowane środki dezynfekcyjne	
Dwustronne drzwiczki wyposażone w uchwyty i zamki magnetyczne lub mechanizm samozamykający się	
Fronty drzwiczki szuflady oraz blat szafki wykonane z odpornego na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia laminatu lub materiału ABS w kolorze do uzgodnienia	
Szafka wyposażona w cztery kółka – dwa kółka z blokadą	
Przelotowa szuflada szafki wyposażona w wyjmowany wkład z komorami, zabezpieczona przed przypadkowym wypadnięciem	
Szafka wyposażona w półki 1 – 2 półki dające 2-3 przestrzeni międzypółkowych	