

**„Zestawienie parametrów technicznych urządzenia”**

PAKIET 3

Przedmiot: **Sprzęt dla mechano- i fizykoterapii - aparat do terapii ultradźwiękowej –1 szt**

Producent/Firma .....

Urządzenie – typ.....

Rok produkcji .....

Cena netto.....

Cena brutto.....

<b>Parametry urządzenia wymagane:</b>	<b>Parametry oferowane:</b>
Moc emisji 0-3 W/cm <sup>2</sup> (1 MHz) 0-2 W/cm <sup>2</sup> (3MHz)	
Max. moc wyjściowa 10W-20W	
Częstotliwość 1 MHz lub 3 MHz z jednej głowicy lub dwie głowice (1 MHz jedna i 3 MHz druga)	
Głowice zabiegowe o powierzchni od 1cm <sup>2</sup> do 5 cm <sup>2</sup>	
Timer 0-30 min	
WSP. wypełnienia 20%,10%,5% lub praca ciągła lub 10%,20%,30%,40%, 50%, 100%	
Zasilanie 90 - 256 V 50/60Hz	
Klasa ochrony I	
Stopień ochrony BF IP X1	
głowice odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne	
Głowica zaopatrzona w sygnalizację świetlną informującą o prawidłowym jej przyleganiu do ciała	
Czas zabiegu wyświetlany na panelu LED	