



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

Pińczów, dnia 18 czerwca 2010 roku

PiPR.IV.2228/8/1/9/10

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW 3**

***Dot. zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego dla szpitala powiatowego w Pińczowie”***

#### **Pytanie 1 do PAKIETU 3**

*Czy Zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękowej nie posiadający głowicy tytanowej?*

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Wymagane parametry urządzenia zostały określone przez zamawiającego w karcie „Zestawienie parametrów technicznych urządzenia . Zamawiający zgodnie z art. 30 ustawy PZP dopuszcza urządzenia równoważne urządzeniom opisanym.

Wykonawca który oferuje, w swej ofercie, rozwiązanie równoważne spełniają wymagania zamawiającego. Za rozwiązanie równoważne należy przyjąć urządzenie posiadające co najmniej nie gorsze parametry techniczne .

